

Ministerio de Agricultura (MA).
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Programa de Sanidad e Innovación Agropecuaria.
Convenio de Préstamo BID No. 4909/OC-DR. (DRL-1137)

Proceso de Comparación de Precios No. B-CP-01/2026-MA-BID
“Adquisición de Equipos de Laboratorios (Cristalería y Soportes)”

BLOQUE DE RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS.

Fecha: 28 de enero de 2026

Bloque de respuesta a Consultas No. 4:

Consulta No. 31: Solicitamos aclaración respecto a los ítems 72 en adelante correspondientes a micropipetas, ya que en la columna “Nombre de los Bienes o Servicios Conexos” se indican micropipetas por rangos de volumen, mientras que en la columna “Unidad” se especifica “Calibración” y en “Especificaciones Técnicas y Normas” se describe calibración con estándares e instrumental certificado.

Favor confirmar si lo requerido corresponde a:

1. ¿Un servicio de calibración de micropipetas?
2. ¿El suministro de micropipetas nuevas que incluyan el servicio de calibración inicial y certificación?

Respuesta UEP: Se solicita 30uds de micropipetas de 10 a 100 microlitros, con calibración con estándares certificados y traceables, tal como cita el documento.