

Ministerio de Agricultura (MA)
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Programa de Sanidad e Innovación Agropecuaria
Convenio de Préstamo BID No. 4909/OC-DR. (DRL-1137)

Proceso de Comparación de Precios No. B-CP-01/2026-MA-BID
“Adquisición de Equipos de Laboratorios (Cristalería y Soportes)”

BLOQUE DE RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS.

Fecha: 16 de enero de 2026

Bloque de respuesta a Consultas No. 2:

Consulta No.11: Mucho gusto saludarles! recibimos la invitación a participar en el proceso de la referencia, muchas gracias por invitarnos.

Estamos en la disposición de participar en el proceso, pero solicitamos encarecidamente al comité sea modificada la fecha de presentación de las ofertas dada la complejidad de las mismas; solo 10 días hábiles para la preparación de unas ofertas tan complejas y además impresas, es muy poco tiempo. Solicitamos al menos 15 días más para poder tener todo preparado.

Respuesta UEP: Se aclara a los interesados que el plazo original otorgado para la preparación y presentación de sus propuestas ha sido del 08 al 30 de enero, es decir, un total de 15 días laborables; considerando los días feriados correspondientes al calendario actual. No obstante, en aras de fomentar la mayor participación posible, el Comité ha decidido otorgar una prórroga para la entrega de ofertas.

La nueva fecha límite para la presentación de propuestas es el **lunes 9 de febrero de 2026, hasta las 3:00 p.m.** Con esta modificación, el plazo total para la preparación de las ofertas asciende a 21 días laborables.

Consulta No. 12: Lote 1, Ítem 2 Escurredor metálico, tamaño o capacidad en cantidad de cristalería.

Respuesta UEP: Para drenar y secar cristalerías de laboratorio con capacidad mínima de 90 piezas.

Consulta No. 13: Lote 1, Ítem 3 Canastas plásticas, ¿dan dos dimensiones son cilíndricas? En caso de ser cuadradas les falta una dimensión.

Respuesta UEP: Rectangulares, de material plástico con dimensiones 10 x 12 x 5 pulgadas mínimo para manejo de cristalería.

Consulta No. 14: Lote 1, Ítem 4 Cepillos para tubos de ensayo, Nosotros no tenemos paquetes de 7 unidades, ¿podemos ofrecer la cantidad de unidades requeridas?

Respuesta UEP: Sí, se puede ofrecer la cantidad total de unidades requeridas.

Consulta No. 15: Lote 1, Ítem 7 al 9 Misma observación anterior, nosotros podemos ofrecer la cantidad total de asas, porque los paquetes que ofrecemos no son de esa cantidad.

Respuesta UEP: Sí, se puede ofrecer la cantidad total de unidades requeridas.

Consulta No. 16: Lote 1, Ítem 10 Bandeja de disección con tapa. No indican de qué tamaño necesitan las bandejas.

Respuesta UEP: Bandeja de disección con tapa, Acero inoxidable 30cm x 20cm x 5cm, para instrumentos quirúrgicos.

Consulta No. 17: Lote 2, Ítem 24 tubos de cristal de 13x75mm no tienen 30 mL de capacidad, máximo 9mL, favor confirmar capacidad o dimensiones. ¿Cómo quieren las tapas? ¿Rosca? ¿Presión? ¿Tapa externa o tapón de goma o corcho?

Respuesta UEP: Tubos de cristal 13 x 75 mm, con tapa roja de rosca, sin aditivos. La medida de 30 ml es un error, son tubos para sangre.

Consulta No. 18: Lote 2, Ítem 30 mortero de porcelana, no tenemos morteros de porcelana tan pequeños, ¿aceptarían otro tamaño? 50-60mL, por ejemplo, en otro material como ágata o alumina si los hay tan pequeños, pero son considerablemente más costosos.

Respuesta UEP: Si puede ser de 50 ml, hay un error en la digitación de la unidad de medida, la cual debe leerse como sigue:

ITEM 30: Mortero con mano de porcelana cap. 50 ml

Consulta No. 19: Lote 2, Ítem 33 ¿Podrían confirmar que necesitan tapa de rosca de PTFE?? nosotros tenemos de tapa fenólica y de polipropileno con liner de PTFE

Respuesta UEP: Erlenmeyer Frasco, 16.9 fl oz o 500 ml - Vidrio de borosilicato - con tapón de rosca de PTFE - Forma cónica - Graduaciones blancas.

Consulta No. 20: Lote 2, Ítem 38 Los cubreobjetos por regla general vienen en paquetes de 1oz de peso no por unidades. Una oz puede ser 75-100 cubreobjetos

Respuesta UEP: De acuerdo, proveer la cantidad que cubra lo solicitado y del espesor y diámetros solicitados.

Consulta No. 21: Lote 3, Item 42 Frascos de vidrio ámbar con tapón plástico, ¿se refieren a tapón a presión? ¿Tapa de rosca?

Respuesta UEP: Tapa de rosca.

Consulta No. 22: Lote 3, Item 44 al 46 ¿los viales solicitados son ámbar o transparente?

Respuesta UEP: El color está especificado y/o definido en la columna de especificaciones del pliego.

Consulta No. 23: Lote 3, Item 52 ¿Varillas de agitación con policia?

Respuesta UEP: ¿A qué se refiere con policia?, las especificaciones indican que es una varilla de agitación de vidrio, así como, el tipo de varilla o características que debe tener.

Consulta No. 24: Cuando piden "documentación que acredite la conformidad de los bienes y servicios conexos cumplen con las especificaciones técnicas los estándares especificados" ¿se refieren a los catálogos? ¿se podrán presentar estos solo en electrónico?, es mucha cantidad de información para imprimir, lo que es un gasto enorme de dinero, además de la cantidad de papel gastado, se supone que debemos todos hacer un esfuerzo por ser menos agresivos con el ambiente.

Respuesta UEP: Hace referencia a los certificados de calibración únicamente en caso de los bienes con servicios conexos, en cuanto a los catálogos pueden ser digitales.

Consulta No. 25: Cuando se refieren a "Presentación en Copia Simple: La documentación puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada o apostillada si correspondiere" ¿a que documentación se refieren? ¿solo a la información financiera o a toda la documentación que acompaña la oferta?

Respuesta UEP: La facilidad de presentar **copias simples** aplica a **toda la documentación de respaldo** (estados financieros auditados, contratos u órdenes de compras, etc.) que acompaña su oferta, tanto para acreditar su capacidad financiera (Formulario 8) como su experiencia (Formulario 9).

Esto significa que:

- **No es necesario** presentar originales ni copias notarizadas en esta etapa (evitando así costos legales previos).
- Basta con adjuntar copias legibles y completas de sus estados financieros, facturas, contratos u órdenes de compra.
- Los **Formularios 8 y 9** se les han compartido en **formato editable** para que puedan completarlos fácilmente según su información y firmarlos.

Importante: Solo en caso de que su empresa resulte ganadora (adjudicataria), se le solicitará presentar dicha documentación debidamente certificada o notariada para proceder con la firma del contrato u orden de compra.

Consulta No. 26: Reiteramos la solicitud al comité de modificar la fecha de entrega de la documentación para poder cumplir con todos los requisitos solicitados.

Respuesta UEP: Ver respuesta en consulta No. 11 del presente bloque de respuestas a consultas.

Consulta No. 27: Esperamos que se encuentren bien. Tenemos una duda con relación al lote #2, específicamente en los ítems 39 y 41.

¿Podrían, por favor, confirmarnos si las cantidades indicadas son correctas?

Ítem 39: 2,500 paquetes, cada uno de 1,440 unidades.

Ítem 41: 8,000 paquetes, cada uno de 100 unidades.

Respuesta UEP: Las cantidades deberán leerse como sigue:

No: Ítem 39: paquete de 500 unidades, **5 paquetes (2500 porta objetos)**

No: Ítem 41: paquete de 100 unidades, **80 paquetes (8000 cubre objetos)**

Consulta No. 28: En el Lote II, renglones 54-55-56 y 57. Favor de informar o confirmar si los tamices son en Acero Total o sea el Cuerpo y la Malla.

Respuesta UEP: Si, son de acero completamente, tanto el cuerpo como la malla.